

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 32/2018
 Data do Processo: 09/10/2018

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	5200,000	CX.	Tira reagente para determinação de glicemia com princípio de medição por fotometria ou amperometria, que realize o teste em amostras capilar, venosa, arterial e neonatal, com volume máximo de amostra de 2 microlitros e que aceite apenas mg/dl como unidade de medida. Reação química medida pela enzima glicose desidrogenase Mut. Q-GDH, que não sofra interferência com as variações de PO2 da amostra (oxigenoterapia), com faixa de medição de 10 a 600 mg/ dl e faixa de hematócrito de 20 a 65%. Deve permitir a coleta de sangue com a tira dentro ou fora do monitor, com tempo de leitura de 5 a 10 segundos, data e hora ajustáveis e codificação através de chip código. O produto deve possuir o Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Apresentação caixa: contendo tubo com 50 tiras reativas e 01 chip de codificação. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer em forma de comodato monitores compatíveis para utilização das respectivas tiras, dar garantia por tempo indeterminado dos monitores, baterias para reposição, instalação de softwares para o controle das tiras totalmente em português, que permita o gerenciamento da dispensação de tiras e avaliação glicêmica do paciente em forma de gráficos e tabelas para análise dos profissionais da saúde e treinamento aos profissionais da saúde e usuários. (5100215)	_____	32,8300	170.716,0000
2	260000,000	UN	Lanceta para coleta de sangue por punção digital, sistema estéril e descartável, com invólucro protetor de plástico. Diâmetro de agulha: 0,36 mm (28 G); com Protusão: 1,5 mm, ponta trifacetada e revestimento siliconizado da lâmina, com retratação automática da agulha. Possui capa de esterilidade, corpo de lancetador e gatilhos compostos por polipropileno. Atende as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. A empresa	_____	0,3200	83.200,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 25/2018 - PR

CNPJ: 17.932.766/0001-07
RUA DOMINGOS MARTORANO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

32/2018

Data do Processo:

09/10/2018

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

deverá apresentar Certificado de Boas
Práticas de Fabricação (CBPF) emitido
pela ANVISA. (5100216)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

253.916,0000