

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM**

CNPJ: 17.932.766/0001-07
RUA DOMINGOS MARTORANO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 27/2018 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

34/2018

Data do Processo:

19/11/2018

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1,000 | UN | AMALGAMADOR: amalgamador para amálgamas em cápsulas pré-dosadas, com movimentos elípticos, sistema de amortecedores para evitar o deslocamento do aparelho, baixo nível de ruído, acionamento por painel digital, dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento em caso de abertura acidental da tampa, temporizador digital. (5547326) | ----- | 1.312,1400 | 1.312,1400 |
| 2 | 5,000 | UN | BIOMBO DE CHUMBO: biombo reto para proteção em radiologia odontológica, com 1 mm de chumbo, armação em aço, dimensões 180 cm x 80 cm, visor plumbífero 10 x 15cm, montado sobre quatro rodízios giratórios. (5547345) | ----- | 5.283,5700 | 26.417,8500 |
| 3 | 60,000 | UN | COLGADURA INDIVIDUAL: colgadura individual para revelação de filme periapical, em aço inox AISI-420, tamanho aproximado 8cm, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação devendo ser resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (5547346) | ----- | 7,2500 | 435,0000 |
| 4 | 4,000 | UN | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: fabricado de acordo com a NR 13, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação, indicado para um consultório completo equipado com micromotor, caneta de alta rotação, seringa triplíce e sugador, com dois pistões, isento de óleo, potência mínima de 1,12 hp, 220 volts, nível de ruído máximo 78 dB, protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de entrada de ar, reservatório com pintura eletrostática interna e externa, pintura interna do reservatório antioxidante, dimensões aproximadas: 42cm (profundidade) x 42cm (largura) x 70cm (altura), reservatório de ar posicionado verticalmente, com capacidade mínima de 38 litros, fluxo de ar mínimo de 210 litros/min, apresentar catálogo do fabricante comprovando que atende ao descritivo, mínimo um ano de garantia. A empresa vencedora da licitação deverá | ----- | 5.607,5500 | 22.430,2000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM

CNPJ: 17.932.766/0001-07
RUA DOMINGOS MARTORANO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 27/2018 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

34/2018

19/11/2018

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---------------|-------|--------------------|--------------------|
|------|------------|------|---------------|-------|--------------------|--------------------|

entregar os equipamentos instalados e arcar com todas as despesas de locomoção e diária do técnico autorizado, tanto para instalação como para eventuais reparos no período de garantia. A assistência técnica autorizada deve ser garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas do ato da solicitação. (5547347)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

50.595,1900