

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 23/2019
 Data do Processo: 24/10/2019

Folha: 1/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UN	Amalgamador: amalgamador para amálgamas em cápsulas pré-dosadas, com movimentos elípticos, sistema de amortecedores para evitar o deslocamento do aparelho, baixo nível de ruído, acionamento por painel digital, dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento em caso de abertura acidental da tampa, temporizador digital, garantia mínima de um ano. (345552186)	-----	897,4000	897,4000
2	4,000	UN	Aparelho de raio-x periapical: tipo coluna móvel com rodízios, com braço pantográfico, painel de comando com display de sistema de comando digital, controle remoto com cabo espiral, com proteção radiológica, 70 kVp, mínimo 7 mA, 220V, mínimo um ano de garantia. (345552187)	-----	8.728,7500	34.915,0000
3	4,000	UN	Caneta de alta rotação: turbina de alta rotação para acoplamento Borden, rotação máxima 380.000 rpm, sistema saca-brocas FG, potência mínima de 13W, rolamentos de alta precisão, esterilizável em autoclave até 135° C por mais de mil ciclos, spray triplo, confeccionada em latão revestido de níquel e cromo, de longa vida útil e baixo índice de manutenção, garantia mínima de um ano. (345552188)	-----	527,9700	2.111,8800
4	1,000	UN	Compressor odontológico: - fabricado de acordo com a NR 13, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação, - indicado para um consultório completo equipado com micromotor, caneta de alta rotação, seringa triplice e sugador, - com dois pistões e dois motores elétricos, - isento de óleo, - potência mínima de 2 hp, 220 volts, - nível de ruído máximo 78 dB, - protetor térmico contra sobreaquecimento, - filtro de entrada de ar, - reservatório com, com capacidade mínima de 60 litros, com pintura eletrostática interna e externa, - pintura interna do reservatório antioxidante, - fluxo de ar mínimo de	-----	3.959,0100	3.959,0100

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 23/2019
 Data do Processo: 24/10/2019

Folha: 2/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	4,000	UN	<p>290 litros/min, - apresentar catálogo do fabricante comprovando que atende ao descritivo, - mínimo um ano de garantia. A empresa vencedora da licitação deverá entregar os equipamentos instalados e arcar com as despesas de locomoção e diária do técnico autorizado para a instalação. A assistência técnica autorizada deve ser garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas a partir do ato de solicitação. (345552189)</p> <p>Consultório odontológico completo composto de: Cadeira: Com dois apoios de braço, apoio de cabeça bi-articulado com movimentos ântero-posterior e longitudinal, mínimo de duas posições de trabalho programáveis e volta a zero, estofamento em espuma injetada espessa e anatômica, revestimento em laminado de PVC sem costuras, em cor a ser determinada, acionamento por motorreductor elétrico, caixa de conexões ntegrada (incorporada à cadeira) com mangueiras e conexões totalmente embutidas, estrutura em aço com tratamento anti-corrosão, base em ferro fundido, em chapa única maciça, sem necessidade de fixação ao piso; Equipo: Tipo acoplado, com um terminal Borden para alta rotação, um terminal Borden para baixa rotação, acionamento pneumático individual para as pontas, seringa tríplice com bico destacável para esterilização em autoclave, braço bi-articulado com ajuste pneumático de altura com um único toque; Unidade auxiliar: com um sugador de sistema Venturi de alta potência com acionamento automático, bacia em porcelana removível e autoclavável, mangueiras totalmente embutidas; Refletor: acoplado à unidade auxiliar, com sistema de iluminação por luz halógena, com intensidade de luz variável, duplo pega-mão, liga e desliga sincronizado com os movimentos automáticos da cadeira, acionamento no pedal de comando, braço multiarticulado. O conjunto de equipamentos deve ter garantia mínima de um ano. A empresa vencedora da licitação deverá entregar os equipamentos instalados e arcar com as despesas de locomoção e diária do</p>	-----	15.468,1700	61.872,6800

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 23/2019
 Data do Processo: 24/10/2019

Folha: 3/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
6	5,000	UN	técnico autorizado para a instalação. A assistência técnica autorizada deve ser garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas a partir do ato de solicitação. (345552190) Estojo para limas endodônticas: estojo autoclavável, com perfurações, indicado para armazenar e esterilizar limas endodônticas, com divisórias para acomodar 09 limas, fabricado em polímeros termoplásticos resistentes a esterilização em autoclave. Apresentação: embalagem individual trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e registro no MS-ANVISA. (345552191)	-----	40,0700	200,3500
7	2,000	UN	Fotopolimerizador com fio: fotopolimerizador com luz azul fria emitida por LED, potência de luz 1200mW/cm2 no mínimo, ponteira de polímero giratória, removível e reutilizável, tempo de operação programável, com bip sonoro, bivolt automático, corpo tipo caneta portátil, controle de operação na própria caneta, 220V, garantia mínima de um ano. (345552192)	-----	681,3700	1.362,7400
8	3,000	UN	Biombo de chumbo: biombo para proteção em radiologia odontológica, com 2 mm de chumbo, curvo, armação em aço, dimensões 180cmX80cm, visor plumbífero 10X15 cm, montado sobre quatro rodízios giratórios. (345552193)	-----	5.903,5200	17.710,5600
9	3,000	UN	Contra-ângulo: com sistema de acoplamento tipo intra sem pino-trava, acoplável ao micro-motor, com spray externo, relação de transmissão 1:1, giro livre de 360° sobre o micro-motor, esterilizável em autoclave até 135° C por mais de mil ciclos, confeccionado em latão revestido de níquel e cromo, de longa vida útil e baixo índice de manutenção, garantia mínima de um ano. (345552194)	-----	501,9900	1.505,9700
10	4,000	UN	Micromotor: com conexão através de terminal tipo Borden, engate ao contra-ângulo e peça reta por sistema tipo intra sem pino-trava, rotação de 5.000 a 20.000 RPM, esterilizável em autoclave até 135° C por mais de mil ciclos, spray interno, confeccionado em latão revestido de níquel e cromo, de longa	-----	704,4100	2.817,6400

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 23/2019
 Data do Processo: 24/10/2019

Folha: 4/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
11	10,000	UN	vida útil e baixo índice de manutenção, garantia mínima de um ano. (345552195) Mocho odontológico a gás, assento com regulagem de altura por alavanca, encosto com regulagem de altura e longitudinal por alavanca, sem costuras, base com cinco rodízios, estofamento em espuma injetada, espessa e anatômica, revestimento em laminado de PVC, cor do estofamento da cadeira a ser determinada, garantia mínima de um ano. A empresa vencedora da licitação deverá entregar os equipamentos instalados e arcar com as despesas de locomoção e diária do técnico autorizado, tanto para instalação como para eventuais reparos no período de garantia. A assistência técnica autorizada deve ser garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas a partir do ato de solicitação. (345552196)	-----	855,0000	8.550,0000
12	6,000	UN	Peça reta: com sistema de acoplamento tipo intra sem pino-trava, acoplável ao micromotor, com spray externo, relação de transmissão 1:1, giro livre de 360° sobre o micromotor, esterilizável em autoclave até 135° C por mais de mil ciclos, confeccionada em latão revestido de níquel e cromo, de longa vida útil e baixo índice de manutenção, garantia mínima de um ano. (345552197)	-----	514,4100	3.086,4600
13	3,000	UN	Ultrassom com jato de bicarbonato: aparelho conjugado de ultrassom e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo dental e biofilme não mineralizado, com bomba peristáltica, transdutor cerâmico piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 24 a 30 kHz, permite trabalhos sem refrigeração, com difusor concêntrico que evita entupimento da ponta do jato de bicarbonato, com painel digital, com três insertos diferentes para remoção de cálculo, peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador, alimentação 110/220v, garantia mínima de um ano (345552198)	-----	3.663,8700	10.991,6100
14	2,000	UN	Avental de chumbo: avental de borracha plumbífera para o paciente adulto, com protetor de tireoide, 0,25mm de chumbo,	-----	693,0200	1.386,0400

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 23/2019
 Data do Processo: 24/10/2019

Folha: 5/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
15	1,000	UN	dimensões aproximadas 76x60cm, para radiografia periapical. . Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (345552199)	-----	4.898,0000	4.898,0000
			Biombo de chumbo: biombo para proteção em radiologia odontológica, com 1 mm de chumbo, reto, armação em aço, dimensões 180cmX80cm, visor plumbífero 10X15 cm, montado sobre quatro rodízios giratórios, armação em aço. (345552237)			
16	2,000	UN	Câmara escura para revelação: câmara escura para revelação de filmes odontológicos periapicais, na cor preta (externo e interno), dimensões aproximadas 23 x 24 x 33 cm, quatro copos de 200mL, visor de acrílico removível sem dobradiças, com proteção ultravioleta e com boa vedação para evitar entrada de luminosidade externa, luvas removíveis para desinfecção. . Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (345552200)	-----	387,7000	775,4000
17	20,000	UN	Colgadura individual: colgadura individual para revelação de filme periapical, em aço inox AISI-420, tamanho aproximado 8 cm, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação devendo ser resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (345552238)	-----	7,3400	146,8000
18	4,000	UN	Compressor odontológico: fabricado de acordo com a NR 13, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação, - indicado para um consultório completo equipado com micromotor, caneta de alta rotação, seringa tríplice e sugador, - com no mínimo dois pistões, - isento de óleo, - potência mínima de 1,12 hp, 220 volts, - nível de ruído máximo 78 dB, - protetor térmico contra sobreaquecimento, - filtro de entrada de ar, - reservatório	-----	3.416,2000	13.664,8000

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

23/2019

Data do Processo:

24/10/2019

Folha: 6/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			com , com capacidade mínima de 36 litros, com pintura eletrostática interna e externa, - pintura interna do reservatório antioxidante, - dimensões: profundidade 40 cm ± 10 cm; largura 40 cm ± 10 cm; altura 60 cm ± 20 cm, permitindo-o caber nos compartimentos disponíveis nas unidades de saúde; - reservatório de ar posicionado verticalmente, - fluxo de ar mínimo de 210 litros/min, - apresentar catálogo do fabricante comprovando que atende ao descritivo, - mínimo um ano de garantia. A assistência técnica autorizada deve ser garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas a partir do ato de solicitação. (345552201)			
19	1,000	UN	Contra-ângulo endodôntico: tipo oscilatório, com transmissão redutora de 10:1, para uso com limas manuais, giro de 60°, fixação das limas por sistema push-botton, esterilizável em autoclave até 135° C por mais de mil ciclos, confeccionado em latão revestido de níquel e cromo, de longa vida útil e baixo índice de manutenção, garantia mínima de um ano. (345552202)	_____	1.035,6700	1.035,6700
20	15,000	UN	Filtro coalescente para compressor de ar: filtro usado para remover aerossóis de água e óleo que contaminam o ar comprimido, de corpo único, com dreno manual semiautomático, com manômetro e válvula reguladora de pressão, entrada de ar ¼, elemento filtrante com eficiência de remoção de partículas de 0,3µ, pressão máxima 10,5 bar ou 150 psi. (345552203)	_____	177,9900	2.669,8500
21	4,000	UN	Fotopolimerizador sem fio: fotopolimerizador com luz azul fria emitida por LED, potência de luz 1200mW/cm2 no mínimo, ponteira de polímero giratória e removível , bateria interna recarregável , tempo de operação programável, com bip sonoro, bivolt automático, corpo tipo caneta portátil, controle de operação na própria caneta, 220V, garantia mínima de um ano. (345552204)	_____	930,3300	3.721,3200
22	8,000	UN	Lavadora ultrassônica: equipamento para limpeza de instrumentos clínicos, mínimo 05 ciclos pré-programados, cuba com	_____	1.215,1000	9.720,8000

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 23/2019
 Data do Processo: 24/10/2019

Folha: 7/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>volume total do tanque mínimo de 3 litros, volume útil do tanque mínimo 2,5 litros, com função de aquecimento da água até 60°C, tanque em aço inox, sistema de drenagem do líquido sem necessidade de transporte do equipamento, com circuitos de proteção contra superaquecimento e sobretensão, frequência do ultrassom mínimo 35.000 Hz, 220V, mínimo um ano de garantia.</p> <p>Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (345552205)</p>			
23	15,000	CX	<p>Limas de níquel-titânio tipo K-file #15-40 21 mm: kit de limas tipo K-file com 21 mm, calibres 15, 20, 25, 30, 35 e 40 e parte ativa com corte quadrangular, angulação de corte de 45°, confeccionadas em níquel-titânio, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizáveis através de calor úmido ou seco sem sofrer oxidação. Apresentação: embalagem em caixas de 6 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número de registro no Ministério da Saúde. (345552206)</p>	_____	248,4200	3.726,3000
24	15,000	CX	<p>Limas de níquel-titânio tipo K-file #15-40 25 mm: kit de limas tipo K-file com 25 mm, calibres 15, 20, 25, 30, 35 e 40 e parte ativa com corte quadrangular, angulação de corte de 45°, confeccionadas em níquel-titânio, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizáveis através de calor úmido ou seco sem sofrer oxidação. Apresentação: embalagem em caixas de 6 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número de registro no Ministério da Saúde. (345552207)</p>	_____	248,4200	3.726,3000
25	1,000	UN	<p>Macroescova odontológica indicada para demonstração de técnicas de escovação, cabo em polipropileno, cerdas em nylon, comprimento aproximado 35 cm.</p>	_____	39,0700	39,0700

CNPJ: 17.932.766/0001-07
 RUA DOMINGOS MARTORANO
 C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 23/2019
 Data do Processo: 24/10/2019

Folha: 8/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (345552208)			
26	2,000	UN	Macromodelo: indicado para demonstração e treinamento em programa de higiene bucal, com arcada superior e inferior, com articulador, dentes fixos, confeccionado em resina emborrachada.	-----	386,7800	773,5600
			Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (345552209)			
27	3,000	KIT	Posicionadores radiográficos autoclaváveis: conjunto de posicionadores indicados para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de raios-x odontológico, confeccionados em policarbonato autoclavável até 135°C e dispositivos para mordida confeccionados em silicone, autoclaváveis até 135°C, indicado para pacientes adultos, kit com 01 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, 01 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 01 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 01 posicionador para radiografia interproximal Bite Wing, 03 dispositivos de silicone para mordida e 01 pote para armazenamento. Apresentação: embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (345552210)	-----	97,1800	291,5400
			Seladora manual de mesa, com guilhotina, indicada para selar e cortar envelopes de esterilização, área de selagem mínima 300 mm (comprimento) x 10 mm (largura), sistema de aquecimento com resistência blindada, potência mínima 80 W, rápido aquecimento, 220 V ou bivolt, dimensões aproximadas do produto 45 cm X 12 cm X 8 cm (C X A X L), estrutura em material metálico com pintura eletrostática a pó na cor branca, garantia mínima de um ano. Apresentação: embalagem individual trazendo externamente os dados de	-----		
28	10,000	UN			307,6700	3.076,7000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2019 - PR

CNPJ: 17.932.766/0001-07
RUA DOMINGOS MARTORANO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

23/2019

Data do Processo:

24/10/2019

Folha: 9/9

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. (345552211)			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	199.633,4500