

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - LOTE

CNPJ: 17.932.766/0001-07

Telefone: (49) 2032-3886

RUA DOMINGOS MARTORANO, 1

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2020 - PR

Processo Administrativo: 8/2020

Data do Processo: 10/02/2020

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Lote	Nº do item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1	3.000,000	CX.	Tira reagente para determinação de glicemia com princípio de - Tira reagente para determinação de glicemia com princípio de medição por fotometria ou amperometria, que realize o teste em amostras capilar, venosa, arterial e neonatal, com volume máximo de amostra de 2 microlitros e que aceite apenas mg/dl como unidade de medida. Reação química medida pela enzima glicose desidrogenase Mut. Q-GDH, que não sofra interferência com as variações de PO2 da amostra (oxigenoterapia), com faixa de medição de 10 a 600 mg/ dl e faixa de hematócrito de 20 a 65%. Deve permitir a coleta de sangue com a tira dentro ou fora do monitor, com tempo de leitura de 5 a 10 segundos, data e hora ajustáveis e codificação através de chip código. O produto deve possuir o Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Apresentação caixa: contendo tubo com 50 tiras reativas e 01 chip de codificação. Obs: A empresa vencedora deverá fornecer em forma de comodato monitores compatíveis para utilização das respectivas tiras, dar garantia por tempo indeterminado dos monitores, baterias para reposição, instalação de softwares para o controle das tiras totalmente em português, que permita o gerenciamento da dispensação de tiras e avaliação glicêmica do paciente em forma de gráficos e tabelas para análise dos profissionais da saúde e treinamento aos profissionais da saúde e usuários.	25,5500	76.650,00
1	2	260.000,000	UN	Lanceta para coleta de sangue por punção digital, sistema es - Lanceta para coleta de sangue por punção digital, sistema estéril e descartável, com invólucro protetor de plástico. Diâmetro de agulha: 0,36 mm (28 G); com Protusão: 1,5 mm, ponta trifacetada e revestimento siliconizado da lâmina, com retratação automática da agulha. Possui capa de esterilidade, corpo de lancetador e gatilhos compostos por polipropileno. Atende as normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. A empresa deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.	0,2900	75.400,00
2	3	12,000	UN	Autoclave horizontal com capacidade mínima de 42 litros, com - Autoclave: autoclave horizontal com capacidade de no mínimo 42 litros, com câmara de esterilização em aço inox, painel com acompanhamento através de manômetro, termômetro e indicadores luminosos, com	5.371,9700	64.463,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - LOTE

CNPJ: 17.932.766/0001-07

Telefone: (49) 2032-3886

RUA DOMINGOS MARTORANO, 1

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2020 - PR

Processo Administrativo: 8/2020

Data do Processo: 10/02/2020

diversos sistemas de segurança e desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, ciclo eficiente de secagem com opção de secagem extra, tampa com fechamento através de manípulo, 220 Volts, garantia mínima de um ano. A assistência técnica autorizada deve ser garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas do ato de solicitação.

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

216.513,64