



Prefeitura Municipal de São Joaquim
Capital Nacional da Maçã
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude
Secretaria Municipal de Saúde (49) 3233-2375
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



São Joaquim-SC, 04 de Março de 2020.

Ofício/SMS n.º 041/2020

À Comissão de Licitação/ Diretor de Compras
Prefeitura Municipal
NESTA



PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

RECEBIDO

Em 05/03/2020

Mari

Prezada Comissão/ Diretor de Compras,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para fazer algumas considerações acerca do pedido de impugnação ao pregão n.º 01/2020 processo licitatório n.º 08/2020 impetrado pela empresa SAÚDE IMPERIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Varias formas são utilizadas para mensurar a glicose sanguínea, sendo as mais comuns às tiras de testes de glicose oxidase, glicose desidrogenase, hexoquinase ou combinado com desidrogenase de glucose-6-fosfato.

Entretanto a tecnologia de desidrogenase é mais utilizada para pacientes que estão em tratamento de oxigenoterapia e anemias severas, pois os métodos analíticos devem ser capazes de lidar com variações de oxigênio na amostra no sangue, vistas os diferentes tipos de amostra. Alguns fabricantes conseguiram reduzir esta interferência e manter os limites de precisão, porem ainda há no mercado conjuntos reagentes que sofrem alterações em seus resultados.

Salientamos que o pedido da retirada da “tecnologia de glicose desidrogenase” para qualquer química enzimática, causara prejuízo para os pacientes devido os testes que sofrem influencia quanto dos que não a sofrem.

Quanto ao caráter competitivo em uma breve pesquisa observamos que pelo menos três empresas utilizam essa tecnologia para medição de glicose como: Tiras de Glicemia Abbott, Tiras Reagentes para teste de glicemia Descarpack, Roche entre outras atendem ao chamado. Salientamos, ainda que jamais existiu processos licitatórios desertos ou sem competição, não tendo um único fabricante ou produto, como é questionado na impugnação.

Para melhor esclarecer, apresentamos os locais onde foram realizadas as pesquisas.

<https://www.descarpack.com.br/sistema-para-monitorizacao-de-glicemia-descarpack>

<https://www.cointer.com.br/tiras-de-glicemia-abbott-freestyle-optium-h-com-100-un>

<https://www.roche.com.br/>



Prefeitura Municipal de São Joaquim
Capital Nacional da Maçã
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude
Secretaria Municipal de Saúde (49) 3233-2375
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



Do pedido da retirada da coleta de sangue dê apenas para dentro do monitor entre 20 e 600 mg/dl, decidimos por manter esta exigência, haja vista que estamos pedindo de 10 e 600 mg/dl, assim uma menor quantidade de sangue por decilitro, causa um menor desconforto para o paciente.

Da sugestão em retirar a exigência de Certificado de Boas praticas de fabricação da Anvisa, decidimos manter essa qualificadora, pois a Anvisa regulamenta as Boas Práticas , para que os pacientes utilizem produtos de qualidade.

Sendo o que tínhamos para o momento seguem votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

TERESINHA GODOI VIEIRA
Secretária Municipal de Saúde