



Prefeitura Municipal de São Joaquim
Capital Nacional da Maçã
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Secretaria Municipal de Saúde	N.º: 343/2020
Para: Diretoria de Compras	Data: 10/11/2020
Assunto: Avaliação das Amostras – Pregão Presencial 05/2020	

Sirvo-me do presente instrumento para informar a Vossa Senhoria a lista das amostras do pregão 05/2020, aprovadas e reprovadas pela equipe de enfermagem:

Empresa	Item n.º	Aprovado/Reprovado	Observação
Saúde Imperial	40	Aprovado	-
Saúde Imperial	74	Aprovado	-
Saúde Imperial	101	Aprovado	-
Saúde Imperial	122	Aprovado	-
Saúde Imperial	123	Aprovado	-
Saúde Imperial	124	Aprovado	-
Saúde Imperial	36	Aprovado	-

Will Comercial	74	Reprovado	Filtragem Bacteriana 96,9% - Edital pede 99,9%

Metromed	51	Aprovado	-
Metromed	34	Reprovado	Dimensões 7cm x 7cm – Edital pede 7,5 cm x 7,5cm
Metromed	40	Aprovado	-
Metromed	47	Aprovado	-
Metromed	74	Reprovado	Filtragem Bacteriana > 95,0% - Edital pede 99,9%
Metromed	122	Aprovado	-




Prefeitura Municipal de São Joaquim
Capital Nacional da Maça
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



Metromed	123	Aprovado	-	
Metromed	124	Aprovado	-	
Metromed	16	Aprovado	Peso	Comprimento
			15 g	175 Cm
Metromed	17	Aprovado	17 g	184 Cm
Metromed	18	Reprovado	21 g	159 Cm – Edital pede 180 com variação de 5%
Metromed	19	Reprovado	26 g	197 Cm - Edital pede 180 com variação de 5%
Metromed	20	Reprovado	32 g	160 Cm - Edital pede 180 com variação de 5%
Metromed	21	Reprovado	43 g	160 Cm - Edital pede 180 com variação de 5%
Metromed	36	Reprovado	Câmara com 5ml – edital pede 7ml	
Metromed	78	Reprovado	Não atende o descritivo (Composição)	
Metromed	03	Aprovado	Não pede amostra	
Metromed	55	Reprovado	Embalagem com 100 – Edital pede com 250, embalagem com 2 (duas) temperaturas edital pede com 03 (três) temperaturas	
Metromed	44	Aprovado	-	
Metromed	101	Reprovado	Não atende o edital - Subdividido em 02 e 02 – Edital pede de 01 em 01	



Prefeitura Municipal de São Joaquim
Capital Nacional da Maçã
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



Metromed	102	Aprovado	-	-
Metromed	44	Aprovado	-	-
Metromed	93	Aprovado	-	-
Metromed	94	Aprovado	-	-

Medicentro	16	Aprovado	Peso	Comprimento
			14 g	173 cm
Medicentro	17	Aprovado	18 g	184 cm
Medicentro	18	Reprovado	22 g	198 cm - Edital pede 180 com variação de 5%
Medicentro	19	Aprovado	27 g	182 cm
Medicentro	20	Reprovado	33 g	198 cm - Edital pede 180 com variação de 5%
Medicentro	21	Aprovado	44 g	184 cm
Medicentro	40	Reprovado	Contém borracha natural – Edital pede isento	
Medicentro	41	Reprovado	Não estéril – Edital pede estéril	
Medicentro	47	Aprovado	-	
Medicentro	78	Reprovado	Não atende o descritivo (composição)	
Medicentro	101	Reprovado	Não atende o edital - Subdividido em 02 e 02 – Edital pede de 01 em 01	
Medicentro	36	Reprovado	Câmara de 05 ml – Edital pede 07ml	
Medicentro	74	Reprovado	Filtragem bacteriana 98,5% – Edital pede 99,9%	
Medicentro	34	Reprovado	Não atende ao descritivo/fios	



Prefeitura Municipal de São Joaquim
Capital Nacional da Maçã
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



			menor que 13cm ³ - Tamanho 7,0 cm x 7,5 cm – Edital pede 7,5 cm x 7,5 cm
Medicentro	51	Aprovado	-
Medicentro	44	Aprovado	-
Medicentro	93	Aprovado	-
Medicentro	122	Aprovado	-
Medicentro	123	Aprovado	-
Medicentro	124	Aprovado	-
Medicentro	94	Reprovado	sem opacidade necessária

Atenciosamente,

TERESINHA G. GODOI VIEIRA
Secretaria Municipal de Saúde

TERESINHA G. GODOI VIEIRA
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 10.094