

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM**

CNPJ: 17.932.766/0001-07
RUA DOMINGOS MARTORANO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2016 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2016

Data do Processo:

07/06/2016

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1820,000	CX.	TIRA REAGENTE para determinar glicemia que aceite amostra capilar fresco, arterial e neonatal. Como unidade de medida MG/dl. Faixa de avaliação de 10 ma 600mg/dl, e faixa de hematócrito de 20 a 65%, com reação química medida PQQ (glicose desidrogenase), principio de medição por fotometria, tamanho máximo da amostra de 02 micro-litros calibrado por plasma, tempo de leitura entre 5 e 10 s. Apresentação caixa contendo tubo com 50 tiras reativas e 01 chip de codificação, trazendo externamente dados de identificação, validade, procedência, número de lote e registro na ANVISA. Observação: Deverá ser garantido o empréstimo na forma de comodato, sem ônus adicional de aparelhos de medição bem como assistência técnica permanente dos mesmos, inclusive baterias para reposição, e instalação de softwares para o controle das tiras totalmente em português, que permita o gerenciamento da dispensação de tiras e avaliação glicêmica do paciente em forma de gráficos e tabelas para análises dos profissionais da saúde e treinamento a esses profissionais e usuários. Apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA. (5038197)	-----	50,1600	91.291,2000
2	30000,000	UN	LANCETA com sistema de punção digital estéril de utilização única (descartável) para coleta de amostra de sangue capilar (polpa digital, lóbulo da orelha e palma da mão), com as seguintes características: agulha com diâmetro 0,36mm (28G), profundidade da penetração 1,5mm, ponta trifacetada e revestimento siliconizado da lâmina, com retração automática de agulha, que atenda as normas reguladoras: ISSO 13485 e NR32. Apresentação: caixa com, no mínimo 100 unidades de lancetas trazendo externamente dados de identificação, validade, procedência, número de lote e registro MS- ANVISA. A empresa deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA.	-----	0,3600	10.800,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM

CNPJ: 17.932.766/0001-07
RUA DOMINGOS MARTORANO
C.E.P.: 88600-000 - São Joaquim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2016 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

17/2016

07/06/2016

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

(5038201)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

102.091,2000