



Prefeitura Municipal de São Joaquim  
Capital Nacional da Maçã  
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



São Joaquim, 21 de Março de 2023.

**Ofício SMS/SJ - n.º. 026/2023**

À Comissão de Licitação/Diretor de Compras  
Diretoria de Compras  
Prefeitura Municipal de São Joaquim/SC  
**São Joaquim – Santa Catarina**

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para responder o pedido de impugnação ao Pregão n.º 06/2023, Processo licitatório n.º 12/2023, impetrado pela empresa HERA MEDICAL.

Várias formas são utilizadas para mensurar a glicose sanguínea, sendo as mais comuns às tiras de testes de glicose oxidase, glicose desidrogenase, hexoquinase ou combinado com desidrogenase de glucose-6-fosfato.

Entretanto a tecnologia de desidrogenase é mais utilizada para pacientes que estão em tratamento de oxigenoterapia e anemias severas, pois os métodos analíticos devem ser capazes de lidar com variações de oxigênio na amostra no sangue, vistas os diferentes tipos de amostra. Alguns fabricantes conseguiram reduzir esta interferência e manter os limites de precisão, porém ainda há no mercado conjuntos reagentes que sofrem alterações em seus resultados.

Salientamos que o pedido da retirada da "tecnologia de glicose desidrogenase" para qualquer química enzimática, causara prejuízo para os pacientes devido os testes que sofrem influencia, quanto dos que não a sofrem.

Quanto ao caráter competitivo em uma breve pesquisa observamos que pelo menos três empresas utilizam essa tecnologia para medição de glicose como: Tiras de Glicemia Abbott, Tiras Reagentes para teste de glicemia Descarpack, Roche entre outras atendem ao chamado. Salientamos, ainda que jamais existiu processos licitatórios desertos ou sem competição, não tendo um único fabricante ou produto, como é questionado na impugnação. Para melhor esclarecer, apresentamos os locais onde foram realizadas as pesquisas:

- <https://www.descarpack.com.br/sistema-para-monitorizacao-de-glicemia-descarpack>
- <https://www.cointer.com.br/tiras-de-glicemia-abbott-freestyle-optium-h-com-100-un>
- <https://www.roche.com.br/>



Prefeitura Municipal de São Joaquim  
Capital Nacional da Maçã  
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07




Cabe ressaltar que a lei nº 10.520/02 roga à discricionariedade na descrição dos objetos a serem licitados, sendo estes lançados de acordo com as necessidades dos setores requerentes. Baseando-se na consulta aos profissionais da área.

**Quanto aos pedidos a seguir relacionados decidimos:**

- Seja acatado e aceito monitores fotométricos e amperométricos – Decidimos manter conforme edital;
- Seja acatada a modificação do tempo de leitura para até 0,6 segundos – Decidimos por acatar ao pedido;
- Seja acatado a modificação quanto as enzimas de desidrogenasse por qualquer tipo de enzima – Decidimos manter conforme edital.

Sendo o que tinha para o momento, seguem votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ TEODORO DE SENA AMARAL**  
Secretário Municipal de Saúde

Recebido 23/09/23