



Prefeitura Municipal de São Joaquim  
Capital Nacional da Maçã  
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



São Joaquim, 21 de Março de 2023.

**Ofício SMS/SJ - n.º 027/2023**

À Comissão de Licitação/Diretor de Compras  
Diretoria de Compras  
Prefeitura Municipal de São Joaquim/SC  
**São Joaquim – Santa Catarina**

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para responder o pedido de impugnação ao Pregão n.º 06/2023, Processo licitatório n.º 12/2023, impetrado pela empresa MEDELEVENSOHN.

Varias formas são utilizadas para mensurar a glicose sanguínea, sendo as mais comuns às tiras de testes de glicose oxidase, glicose desidrogenase, hexoquinase ou combinado com desidrogenase de glucose-6-fosfato.

Entretanto a tecnologia de desidrogenase é mais utilizada para pacientes que estão em tratamento de oxigenoterapia e anemias severas, pois os métodos analíticos devem ser capazes de lidar com variações de oxigênio na amostra no sangue, vistas os diferentes tipos de amostra. Alguns fabricantes conseguiram reduzir esta interferência e manter os limites de precisão, porém ainda há no mercado conjuntos reagentes que sofrem alterações em seus resultados.

Salientamos que o pedido da retirada da "tecnologia de glicose desidrogenase" para qualquer química enzimática, causara prejuízo para os pacientes devido os testes que sofrem influencia, quanto dos que não a sofrem.

Cabe ressaltar que a lei n.º 10.520/02 roga à discricionariedade na descrição dos objetos a serem licitados, sendo estes lançados de acordo com as necessidades dos setores requerentes. Baseando-se na consulta aos profissionais da área.

**Quanto ao pedido a seguir relacionado decidimos:**

- a) Que sejam aceitos aparelhos que utilizem faixa de medição 20mg/dl – Decidimos por acatar ao pedido.
- b) Que sejam esclarecidas as duvidas suscitadas acima – Informamos que nosso edital possui somente dois itens sendo eles item 1 e item 2, a empresa MEDELEVENSOHN deve ter copiado as “duvidas” de outro processo de impugnação, haja vista que o




Prefeitura Municipal de São Joaquim  
Capital Nacional da Maçã  
Capital Catarinense de Vinhos Finos de Altitude  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 17.932.766/0001-07



nosso edital não se aproxima, nem perto do **ITEM 125**, desta forma não possuímos meios de sanar as “duvidas” da empresa. Apontamos que a empresa MEDELEVENSOHN solicite as duvidas, caso as possua do edital correto.

Sendo o que tinha para o momento, seguem votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ TEODORO DE SENA AMARAL**  
Secretário Municipal de Saúde

Recebido  
28/03/23